

ACCU-CHEK® Instant

Roche

Brožurka uživatele

Glukometr



ACCU-CHEK®

Obsah

Úvod	2
Kapitola 1: Informace o systému	4
Kapitola 2: Měření glykémie.....	9
Kapitola 3: Funkční kontroly.....	15
Kapitola 4: Prohlížení údajů.....	19
Kapitola 5: Bezdrátová komunikace a párování glukometru.....	21
Kapitola 6: Připojení k počítači	23
Kapitola 7: Údržba glukometru a řešení potíží.....	24
Kapitola 8: Technické informace	31
Kapitola 9: Záruka.....	35
Index	36

Systém Accu-Chek Instant

Testovací proužky Accu-Chek Instant s glukometrem Accu-Chek Instant jsou určeny ke kvantitativnímu měření glykémie v čerstvě odebrané plné kapilární krvi z prstu, dlaně, předloktí a nadloktí jako pomůcka při sledování účinnosti kontroly hladiny glykémie.

Testovací proužky Accu-Chek Instant s glukometrem Accu-Chek Instant jsou určeny k diagnostickému in vitro selfmonitoringu pro diabetiky.

Testovací proužky Accu-Chek Instant s glukometrem Accu-Chek Instant jsou určeny k diagnostickému použití in vitro profesionálními zdravotníky v klinickém prostředí. Měření žilní krve, tepenné krve a krve novorozenců smí provádět pouze profesionální zdravotník.

Tento systém není určen pro diagnostiku diabetu mellitus ani pro měření vzorků pupečnickové krve novorozenců.

Vhodné pro selfmonitoring

Systém se skládá z následujících částí:

Glukometr Accu-Chek Instant s bateriemi, testovací proužky Accu-Chek Instant* a kontrolní roztoky Accu-Chek Instant*.

*Některé položky nemusí být součástí soupravy. Prodávají se samostatně.

VAROVÁNÍ



- Nebezpečí spolknutí. Malé díly. Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Požití nebo zavedení do těla může způsobit chemické popálení, perforaci měkkých tkání a smrt. K závažným popálením může dojít až do 2 hodin od spolknutí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo zavedení do tělesné dutiny, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud prostor pro baterie není dobře uzavřen, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Kontaktujte zákaznickou linku a servis.
- Jakýkoli předmět, který se dostane do styku s lidskou krví, je potenciálním zdrojem infekce (viz: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI document M29-A4, May 2014).

Proč je pravidelné měření glykémie důležité


Pravidelné měření koncentrací glykémie vám může značně usnadnit každodenní život s diabetem. Snažili jsme se vám tento úkol zjednodušit, jak je to jen možné.

Důležité informace o vašem novém glukometru

- Důrazně se doporučuje mít k dispozici záložní způsob měření. Neprovedení měření by mohlo způsobit prodlevu při rozhodování o léčbě a vést k vážným zdravotním důsledkům. Mezi příklady prostředků pro záložní měření patří náhradní glukometr a testovací proužky. O dalších možných náhradních způsobech měření se poraďte s profesionálním zdravotníkem nebo lékárníkem.
- Glukometr vás při prvním zapnutí vyzve k nastavení času a data.
- Před zahájením měření zkontrolujte čas a datum na glukometru. V případě potřeby čas a datum upravte.
- V celém návodu jsou uvedeny ukázkové obrazovky s údaji. Vaše údaje se budou lišit.
- Pokud jste postupovali podle kroků v tomto návodu, ale máte příznaky neodpovídající výsledkům měření, nebo pokud máte další otázky, kontaktujte svého profesionálního zdravotníka.

1 Informace o systému

Glukometr Accu-Chek Instant



1. Tlačítko nahoru ▲ a tlačítko dolů ▼

Jejich stiskem lze zapínat a vypínat glukometr, upravovat nastavení a posouvat se mezi výsledky.

2. Displej

Zobrazuje výsledky, zprávy a výsledky měření uložené v paměti.

3. Indikátor cílového rozmezí

Signalizuje, zda se výsledek glykémie pohybuje nad, pod nebo v rámci předem stanoveného rozmezí hodnot.

4. Port mikro USB

Slouží k přenosu dat z glukometru do počítače (PC).

5. Ejektor testovacího proužku

Stisknutím vyjmete testovací proužek.

1 Informace o systému



Pohled zezadu



Pohled zespodu

6. Kryt bateriového prostoru

Otevřete, chcete-li vyměnit baterie.

7. Otvor pro testovací proužky

Sem vkládejte testovací proužek.



8. Tuba s testovacími proužky*

(například)

9. Testovací proužek - Kovový konec

Vkládejte do glukometru tímto koncem napřed.

10. Testovací proužek - Žlutý okraj

Sem aplikujte kapku krve či kontrolního roztoku.

11. Lahvička s kontrolním roztokem*

12. Baterie

*Některé položky nemusí být součástí soupravy. Prodávají se samostatně.

1 Informace o systému

Použití tlačítek glukometru

Jste-li vyzváni ke stisknutí kteréhokoli tlačítka glukometru, stiskněte jej krátce a poté uvolněte.

Pokud jste vyzváni ke stisknutí a **přidržení** kteréhokoli tlačítka glukometru, stiskněte jej a přidržte na 3 nebo více sekund.

Funkce tlačítek

Zde jsou popsány funkce tlačítek nahoru a dolů na glukometru. Tyto funkce jsou používány v celém návodu.

Tlačítko	Funkce	Akce
 [tlačítko nahoru]	Zapněte glukometr.	Stiskněte a uvolněte.
	Zvýšení nastavení volby.	
	Pohyb dopředu mezi výsledky v paměti.	Stiskněte a přidržte.
	Nastavení času a data.	
 [tlačítko dolů]	Vypněte glukometr.	Stiskněte a uvolněte.
	Snížení nastavení volby.	
	Pohyb zpět mezi výsledky v paměti.	Stiskněte a přidržte.
	Přechod do režimu nastavení.	
	Přechod do režimu párování Bluetooth.	

Cílové rozmezí



VAROVÁNÍ

Tato funkce není náhradou za poučení o hypoglykémii lékařem.

Poradte se s profesionálním zdravotníkem, jaké rozmezí hodnot glykémie je pro vás vhodný. Je velmi důležité zůstat v cílovém rozmezí.

Výchozí nastavení cílového rozmezí je 3,9–8,9 mmol/L (70–160 mg/dL). Cílové rozmezí lze nastavit od dolní meze 3,3–7,8 mmol/L (60–140 mg/dL) do horní meze 5,0–16,6 mmol/L (90–300 mg/dL).

Chcete-li změnit cílové rozmezí na glukometru, spárujte jej s mobilním zařízením nebo připojte k počítači, kde je nainstalován software pro kontrolu léčby diabetu. Postupujte podle pokynů softwaru pro kontrolu léčby diabetu.

1 Informace o systému

Symbols

Symbol	Popis
	Symbol 7denního průměru. Tento symbol signalizuje, že je zobrazen 7denní průměr výsledků měření glykémie.
	Symbol 14denního průměru. Tento symbol signalizuje, že je zobrazen 14denní průměr výsledků měření glykémie.
	Symbol 30denního průměru. Tento symbol signalizuje, že je zobrazen 30denní průměr výsledků měření glykémie.
	Symbol 90denního průměru. Tento symbol signalizuje, že je zobrazen 90denní průměr výsledků měření glykémie.
	Symbol bezdrátové technologie Bluetooth
	Symbol lahvičky s kontrolním roztokem
	Symbol kapky
	Symbol přesýpacích hodin
	Symbol slabé baterie
	Žádná data k zobrazení
	Symbol párování. Blikající symbol na glukometru signalizuje pokus o spárování glukometru se zařízením. Nepřerušovaně svítící symbol udává, že párování glukometru proběhlo úspěšně.
	Šipka indikátoru cílového rozmezí. Pokud bliká, je výsledek měření glykémie mimo cílové rozmezí.
	Symbol teplotní výstrahy
	Symbol testovacího proužku. Blikající symbol signalizuje, že je glukometr připraven k zasunutí testovacího proužku.
	Symbol bezdrátového připojení. Blikající symbol na glukometru signalizuje pokus o připojení ke spárovanému zařízení. Nepřerušovaně svítící symbol na glukometru signalizuje, že je glukometr připojen ke spárovanému zařízení.

1 Informace o systému

Nastavení času a datumu

1



Pro zapnutí glukometru stlačte ▲.

Na displeji uvidíte blikající symbol testovacího proužku.

2



Stiskněte a podržte šipku ▼, dokud se na displeji neobjeví nápis **set-up** (nastavení). Bliká

hodnota hodin.

Stiskem šipky ▲ zvýšíte hodnotu hodiny a stiskem šipky ▼ hodnotu hodiny snížíte.

3



Stiskem a přidržením šipky ▲ nastavíte hodinu a přesunete se na další pole. Bliká hodnota minut.

Stiskem šipky ▲ zvýšíte hodnotu minut a stiskem šipky ▼ hodnotu minut snížíte.

4



Opakujte krok 3 k úpravě každého pole. Po nastavení roku stiskněte a podržte šipku ▼, dokud se neobjeví blikající symbol testovacího proužku; nastavení jsou tak uložena.

POZNÁMKA

- Glukometr vás při prvním zapnutí, nebo pokud se vyskytne chyba, vyzve k nastavení času a data.
- Chcete-li provést měření, kdykoli stiskněte a podržte šipku ▼, dokud se na displeji neobjeví blikající symbol testovacího proužku.
- Datum a čas na glukometru se synchronizuje s datem a časem spárovaného zařízení při každém přenosu dat z glukometru do spárovaného zařízení. Viz kapitolu Bezdrátová komunikace a párování glukometru.

2 Měření glykémie

VAROVÁNÍ

Výsledky glykémie lze zobrazit buď v mg/dL nebo mmol/L. Jednotka měření je uvedena na zadním štítku na glukometru. Je-li na glukometru uvedena chybná jednotka, kontaktujte zákaznickou linku a servis. Pokud nevíte, která jednotka měření je pro vás správná, obraťte se na svého profesionálního zdravotníka. Použití chybné jednotky měření může vést k nesprávné interpretaci vaší aktuální hladiny glykémie a nevhodné léčbě.



Zde jsou zobrazeny hodnoty mg/dL nebo mmol/L

Použití systému Accu-Chek Instant

VAROVÁNÍ

- Pokud glukometr upustíte samotný nebo s vloženým testovacím proužkem, může dojít k poškození glukometru a/nebo testovacího

proužku. Zlikvidujte testovací proužek a proveďte funkční kontrolu s kontrolním roztokem a novým nepoužitým testovacím proužkem, abyste ověřili správnou funkci glukometru a testovacích proužků. Poté opakujte měření glykémie s novým testovacím proužkem.

- Testovací proužky neskladujte na místech s vysokou teplotou a vlhkostí (například v koupelně či kuchyni)! Teplo a vlhkost mohou testovací proužky poškodit.
- Používejte pouze testovací proužky Accu-Chek Instant.
- Testovací proužek použijte ihned po vyjmutí z tuby.
- Krev či kontrolní roztok na testovací proužek neaplikujte dříve, než testovací proužek vložíte do glukometru.
- Po vyjmutí testovacího proužku tubu ihned pevně uzavřete, abyste testovací proužky ochránili před vlhkostí.
- Nepoužité testovací proužky uchovávejte v původní tubě se zavřeným víčkem.
- Zkontrolujte dobu použitelnosti na tubě s testovacími proužky. Testovací proužky nepoužívejte po době použitelnosti.
- Glukometr a tubu s testovacími proužky uchovávejte na suchém a chladném místě, například v ložnici.
- Informace o podmínkách pro uchování testovacích proužků a o provozních podmínkách systému najdete v příbalovém letáku testovacích proužků.

2 Měření glykémie

Měření glykémie z krve odebrané z prstu

VAROVÁNÍ

Při **měření glykémie**: Pokud se na displeji spolu s výsledkem měření glykémie zobrazí symbol lahvičky s kontrolním roztokem a blikající nápis L1 nebo L2, došlo k chybě a výsledek měření může být nepřesný

- Nepoužívejte výsledek měření glykémie.
- Zlikvidujte testovací proužek a opakujte měření glykémie s novým testovacím proužkem.

POZNÁMKA

- K měření glykémie potřebujete glukometr, testovací proužek a autolancetu s vloženou lancetou.
- Měření glykémie nelze provádět, pokud je glukometr připojen k počítači kabelem USB.

1



Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem a pečlivě je osušte.

Připravte si autolancetu.

2



Zkontrolujte dobu použitelnosti na tubě s testovacími proužky.

Testovací proužky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

3



Vyjměte z tuby jeden testovací proužek.

Pevně uzavřete víčko.

4




Testovací proužek do glukometru vkládejte kovovým koncem napřed. Glukometr se zapne.

5



Jakmile se objeví blikající symbol kapky, proveďte odběr z prstu autolancetou.

6



Jemně stiskněte prst a zvyšte tak jeho prokrvení. Usonadněte si tím vytvoření kapky krve.

2 Měření glykémie

7



Žlutým okrajem testovacího proužku se dotkněte kapky krve.

Neaplikujte krev na horní část testovacího proužku.

8



Jakmile se zobrazí symbol přesýpacích hodin, odsuňte prst z testovacího proužku. Pokud prst nesejmete z testovacího proužku, mohou být výsledky měření nepřesné.

9



nebo



Modrá

Výsledek glykémie je nad cílovým rozmezím.

Zelená

Výsledek glykémie v cílovém rozmezí.

Červená

Výsledek glykémie je pod cílovým rozmezím.

Stisknutím zde vyjměte testovací proužek.

Výsledek měření se zobrazí se šipkou. Tato šipka signalizuje, zda se výsledek glykémie pohybuje nad, pod nebo v rámci cílového rozmezí.* Cílové rozmezí je vyznačeno zelenou oblastí na indikátoru cílového rozmezí. Je-li výsledek měření nad nebo pod tímto rozmezím, bude šipka blikat.

Použitý testovací proužek vyjměte vytáhnutím z glukometru nebo stisknutím ejektoru testovacího proužku na boku glukometru a zlikvidujte jej.

*Výchozí nastavení cílového rozmezí je 3,9–8,9 mmol/L (70–160 mg/dL). Chcete-li změnit cílové rozmezí na glukometru, spárujte jej s mobilním zařízením nebo připojte k počítači, kde je nainstalován software pro kontrolu léčby diabetu. Před změnou cílového rozmezí se poraďte s profesionálním zdravotníkem.

2 Měření glykémie

Měření glykémie z krve odebrané z dlaně, předloktí nebo nadloktí (odběr z alternativních míst)

VAROVÁNÍ

- Ke kalibraci systému nepřetržitého monitorování glukózy nepoužívejte odběr z alternativních míst.
- Při výpočtech dávkování inzulínu nepoužívejte odběry z alternativních míst.

Kapku krve můžete odebírat i z jiných míst než ze špičky prstu. Mezi alternativní místa patří dlaň, předloktí a nadloktí.

Krev získanou ze špičky prstu a dlaně lze k měření glykémie použít kdykoliv.

Pokud odebíráte krev z předloktí nebo nadloktí, není to v některých situacích vhodné. Je tomu tak proto, že se hladina glykémie mění ve špičce prstu či dlani rychleji než v předloktí a nadloktí. Tyto rozdíly mohou způsobit nesprávnou interpretaci aktuální hladiny glykémie, jejímž důsledkem může být chybná léčba a potenciálně nežádoucí zdravotní následky. Před tím, než přikročíte k měření z předloktí nebo nadloktí, si přečtěte následující části.

Měření z předloktí a nadloktí je možné provést	• bezprostředně před jídlem, • nalačno.
Měření z předloktí a nadloktí NELZE provést	• dříve než 2 hodiny po jídle, protože se v této době mohou rychle zvýšit hodnoty glykémie, • po podání bolusového inzulínu, kdy se mohou rychle snížit hodnoty glykémie, • po námaze, • při nemoci, • pokud máte podezření na nízkou hladinu glykémie (hypoglykémii), • pokud se vám občas stává, že si nízké hladiny glykémie nevšimnete.

Máte-li zájem o odběr z alternativních míst, nejdříve tuto možnost konzultujte s profesionálním zdravotníkem.

Čepičku AST a podrobné pokyny k odběru z alternativních míst vám poskytne zákaznická linka a servis.

2 Měření glykémie

Neobvyklé výsledky glykémie

Pokud naměřený výsledek glykémie neodpovídá vašim pocitům, postupujte při řešení problému podle následujícího výčtu:

Co zkontrolovat při problémech	Akce
Umyli jste si ruce?	Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem a pečlivě je osušte. Opakujte měření glykémie s novým testovacím proužkem.
Nejsou testovací proužky prošlé?	Testovací proužky s prošlou dobou použitelnosti zlikvidujte. Opakujte měření glykémie s neprošlým testovacím proužkem.
Bylo víčko tuby testovacích proužků vždy pevně uzavřeno?	Pokud máte dojem, že tuba s testovacími proužky mohla zůstat delší dobu otevřená, testovací proužky zlikvidujte. Zopakujte měření glykémie.
Byl testovací proužek použit okamžitě po vytažení z tuby s testovacími proužky?	Opakujte měření glykémie s novým testovacím proužkem.
Byly testovací proužky uchovávány na chladném a suchém místě?	Opakujte měření glykémie s řádně uchovávaným testovacím proužkem.
Postupovali jste podle pokynů?	Přečtete si kapitolu Měření glykémie a zopakujte měření glykémie. Pokud potíže trvají, kontaktujte zákaznickou linku a servis.
Fungují glukometr a testovací proužky správně?	Proveďte funkční kontrolu. Pokyny naleznete v kapitole Funkční kontroly.
Stále si nejste jisti příčinou problému?	Kontaktujte zákaznickou linku a servis.

Příznaky nízké a vysoké glykémie

VAROVÁNÍ

Pokud na sobě pozorujete jakékoliv z těchto příznaků nebo jiné neobvyklé příznaky, změřte si glykémii ze špičky prstu nebo dlaně. Pokud glukometr místo výsledku glykémie zobrazí LO nebo HI, kontaktujte ihned svého profesionálního zdravotníka.

Pokud se seznámíte s příznaky nízké nebo vysoké glykémie, můžete snáze interpretovat výsledky glykémie, a pokud budou neobvyklé, rozhodnout o dalších krocích.

Nízká glykémie (hypoglykémie):

Hypoglykémii mohou doprovázet, mimo jiné, následující příznaky: úzkost, třes, pocení, bolesti hlavy, zvýšený pocit hladu, závrať, bledost, náhlá změna nálady nebo podrážděnost, únava, obtíže při soustředění, neobratnost, bušení srdce a/nebo zmatenost.

Vysoká hladina glykémie (hyperglykémie):

Hyperglykémii mohou doprovázet, mimo jiné, následující příznaky: zvýšený pocit žízně, časté močení, rozmazané vidění, ospalost a/nebo nevysvětlitelný úbytek hmotnosti.

3 Funkční kontroly

Kdy provádět funkční kontrolu

Provedením funkční kontroly se ujistíte, že glukometr a testovací proužky řádně fungují. Funkční kontrolu provádějte:

- při otevření nového balení testovacích proužků,
- pokud ponecháte tubu s testovacími proužky otevřenou,
- pokud si myslíte, že jsou testovací proužky poškozeny,
- pokud chcete zkontrolovat glukometr a testovací proužky,
- pokud byly testovací proužky uloženy při extrémních teplotách a/nebo vlhkosti,
- pokud glukometr spadl,
- pokud výsledek glykémie neodpovídá vašim pocitům,
- pro kontrolu, zda bylo měření provedeno správně.

Kontrolní roztoky

- Používejte pouze kontrolní roztoky Accu-Chek Instant.
- Po použití lahvičku s kontrolním roztokem pevně uzavřete.
- Napište datum otevření lahvičky s kontrolním roztokem na její štítek. Kontrolní roztok musí být zlikvidován 3 měsíce po otevření lahvičky (datum likvidace) nebo v okamžiku uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky, pokud tato situace nastane dříve.
- Po uplynutí doby použitelnosti nebo data likvidace již kontrolní roztok nepoužívejte.
- Podmínky pro uchovávání kontrolního roztoku najdete v příbalovém letáku kontrolního roztoku.
- Glukometr automaticky rozpozná rozdíl mezi kontrolním roztokem a krví.

- Kontrolní roztok může zabarvit oblečení. Skvrny odstraňujte vodou a mýdlem.

Provedení funkční kontroly

! VAROVÁNÍ

Při provádění **funkční kontroly**: Pokud se na displeji spolu s výsledkem funkční kontroly NEZOBRAZÍ symbol lahvičky s kontrolním roztokem a blikající nápis L1 nebo L2, došlo k chybě a výsledek funkční kontroly může být nepřesný.

- Nepoužívejte výsledek funkční kontroly.
- Zlikvidujte testovací proužek a zopakujte funkční kontrolu s novým testovacím proužkem.

Potřebujete k němu glukometr, testovací proužek a kontrolní roztok s koncentrací (Level) 1 nebo (Level) 2.

1



Zkontrolujte dobu použitelnosti na tubě s testovacími proužky. Testovací proužky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

2



Vyjměte z tuby jeden testovací proužek. Pevně uzavřete víčko.

3 Funkční kontroly

3



Testovací proužek do glukometru vkládejte kovovým koncem napřed. Glukometr se zapne.

Objeví se blikající symbol kapky.

4



Zvolte kontrolní roztok, který chcete testovat. Jeho koncentraci budete během měření zadávat.

5



Sejměte víčko lahvičky. Otřete špičku lahvičky papírovým kapesníčkem.

Tiskněte lahvičku, dokud se na špičce nevytvoří kapka.

6



Dotkněte se kapkou **žlutého okraje** testovacího proužku. Neaplikujte kontrolní roztok na horní část testovacího proužku.

Pokud je na testovacím proužku dostatek kontrolního roztoku, zobrazí se blikající symbol přesýpacích hodin.

7



nebo



Na displeji se zobrazí výsledek funkční kontroly, symbol lahvičky a blikající nápis L1 nebo L2. Stiskem a přidržením šipky ▼ uložte změřenou koncentraci kontrolního roztoku.

Stisknutím šipky ▲ nebo ▼ se střídavě přepíná mezi možnostmi L1 a L2.

8



nebo



Pokud je výsledek funkční kontroly v rozsahu, zobrazí se **OK**.

Pokud je výsledek funkční kontroly mimo rozsah, zobrazí se **Err**.

3 Funkční kontroly

9



Otřete špičku lahvičky papírovým kapesníčkem. Pevně lahvičku uzavřete.

Použitý testovací proužek vyjměte a zlikvidujte.

POZNÁMKA

Glukometr se vypne 90 sekund po úspěšném měření nebo 15 sekund po vyjmutí testovacího proužku za podmínky, že není provedena žádná další činnost.

Interpretace výsledků funkční kontroly mimo přijatelný rozsah

VAROVÁNÍ

Rozsahy kontroly jsou vytištěny na štítku tuby s testovacími proužky. Pokud je výsledek funkční kontroly mimo přijatelný rozsah, postupujte podle následujícího výčtu, který vám pomůže problém vyřešit.

Co zkontrolovat při problémech	Akce
Uběhla doba použitelnosti testovacích proužků nebo kontrolních roztoků?	Pokud mají testovací proužky nebo kontrolní roztok prošlou dobu použitelnosti, zlikvidujte je. Pokud byl kontrolní roztok otevřen před více než 3 měsíci, zlikvidujte jej. Funkční kontrolu zopakujte s neprošlým testovacím proužkem a neprošlým kontrolním roztokem.
Otřeli jste před použitím špičku lahvičky s kontrolním roztokem?	Otřete špičku lahvičky papírovým kapesníčkem. Opakujte funkční kontrolu s novým testovacím proužkem a novou kapkou kontrolního roztoku.
Byla víčka na tubách s testovacími proužky a lahvičkách s kontrolním roztokem vždy těsně uzavřená?	Pokud máte dojem, že mohly testovací proužky či kontrolní roztok zůstat delší dobu otevřené, vezměte nové balení. Zopakujte funkční kontrolu.
Byl testovací proužek použit okamžitě po vytažení z tuby s testovacími proužky?	Opakujte funkční kontrolu s novým testovacím proužkem a novou kapkou kontrolního roztoku.
Byly testovací proužky a kontrolní roztoky uchovávány na chladném a suchém místě?	Opakujte funkční kontrolu se správně skladovaným testovacím proužkem či kontrolním roztokem.

3 Funkční kontroly

Co zkontrolovat při problémech	Akce
Postupovali jste podle pokynů?	Podívejte se do kapitoly Funkční kontroly a zopakujte funkční kontrolu.
Zvolili jste při provádění funkční kontroly správnou koncentraci kontrolního roztoku (1 či 2)?	Pokud jste nastavili nesprávnou koncentraci kontrolního roztoku, můžete i tak porovnat výsledek funkční kontroly se správným rozsahem vytištěným na tubě s testovacími proužky.
Stále si nejste jisti příčinou problému?	Kontaktujte zákaznickou linku a servis.

4 Prohlížení údajů

Přehled

- Glukometr automaticky ukládá do paměti nejméně 720 výsledků měření glykémie s časem a datem měření.
- Po uložení 720 výsledků měření glykémie do paměti se při přidání nového výsledku smaže nejstarší výsledek měření.
- Je-li během období 90 dnů provedeno více než 720 měření glykémie, je do 90denního průměru zahrnuto pouze posledních 720 výsledků.
- Glukometr automaticky ukládá do paměti alespoň 30 výsledků funkčních kontrol, ale na glukometru je možné zobrazit pouze výsledek aktuální kontroly. Chcete-li prohlížet uložené výsledky funkční kontroly, přeneste je do kompatibilního softwaru.
- Po uložení 30 výsledků funkčních kontrol do paměti se při přidání nového výsledku smaže nejstarší výsledek funkční kontroly.
- Výsledky funkční kontroly, které nelze nahlédnout v paměti, nejsou zahrnuty do 7, 14, 30 a 90denních průměrů.

VAROVÁNÍ

Neměňte léčbu na základě jediného výsledku měření v paměti. Před změnou léčby na základě výsledků měření uložených v paměti se poraďte se svým profesionálním zdravotníkem.

POZNÁMKA

Glukometr je vybaven funkcí automatické synchronizace času a data při spárování s mobilním zařízením, která automaticky synchronizuje čas a datum glukometru. Výsledky se ukládají v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu a nikoli podle času a data, i když glukometr používáte v několika časových pásmech.

Zobrazení výsledků glykémie v paměti

1



S vypnutým glukometrem stisknutím šipky ▼ zobrazíte výsledek nejnovějšího měření glykémie.

2



Opakovaným stiskem šipky ▼ zobrazíte historii výsledků měření od nejnovějšího až po nejstarší.

4 Prohlížení údajů

POZNÁMKA

Stiskem šipky ▲ se přesunujete výsledky měření od nejstaršího po nejnovější.

Zobrazení průměrných hodnot výsledků glykémie

Glukometr použije všechny výsledky měření glykémie za posledních 7, 14, 30 nebo 90 dnů k výpočtu jediné hodnoty. Tato hodnota se označuje jako průměr a pomáhá vám pochopit výsledky měření glykémie za dané časové období.

1



Při vypnutém glukometru jej stisknutím ▼ zapnete. Na displeji se objeví nejnovější výsledek měření glykémie.

1



90denní průměr

7denní průměr

Stisknutím šipky ▲ se zobrazí 7denní průměr. Dalším stiskem tlačítka ▲ se zobrazí 7, 14, 30 a 90denní průměry měření.

Počet výsledků testů zahrnutých do průměru = n.

POZNÁMKA

- Stisknutím šipky ▼ se přesunujete průměrnými hodnotami až po nejnovější výsledek měření glykémie.
- Pokud paměť obsahuje výsledek, který je HI nebo LO, nebo je narušený, bude na displeji blikat časový úsek a indikace **day/ave** (den/průměr) jako výstraha, že tyto výsledky nejsou zahrnuty do průměru.

5 Bezdrátová komunikace a párování glukometru

Přehled

Postup vytváření připojení mezi glukometrem a mobilním zařízením se označuje termínem párování. Na mobilním zařízení bude nutné nainstalovat aplikaci, která je schopna přijímat data z glukometru. Tuto aplikaci je možné použít k bezdrátové a automatické synchronizaci informací o diabetu mezi glukometrem a mobilním zařízením.

Párování

Glukometr lze spárovat pouze s 1 zařízením najednou. Při spárování druhého zařízení se zruší spárování s prvním zařízením.

Glukometr a párované zařízení se musejí nacházet ve vzdálenosti nejvýše 1 metr od sebe.

1

Na vašem mobilním zařízení

Otevřete aplikaci a vyberte možnost **Spárování glukometru**. Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte Bluetooth.

2

Na glukometru



Při vypnutém glukometru stiskněte a přidržte ▼, dokud se neobjeví symbol Bluetooth. Zobrazí se a začnou blikat

symboly párování a bezdrátového připojení.

3

Na vašem mobilním zařízení

V aplikaci vyberte v seznamu nalezených glukometrů svůj glukometr. Budete-li k tomu vyzváni, zadejte 6místný PIN, který je uveden na zadní straně glukometru.

Časový limit glukometru uplyne 30 sekund po zobrazení výzvy k zadání kódu PIN.

4

Na glukometru



nebo



Pokud párování proběhne úspěšně, zobrazí se **OK**. Jestliže se párování nezdaří, zobrazí se **Err**.

POZNÁMKA

Glukometr je vybaven funkcí automatické synchronizace času a data při spárování s mobilním zařízením, která automaticky synchronizuje čas a datum glukometru. Výsledky se ukládají v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu a nikoli podle času a data, i když glukometr používáte v několika časových pásmech.

5 Bezdrátová komunikace a párování glukometru

Bezdrátový přenos dat

Pokud je glukometr spárován s mobilním zařízením a je zapnuta funkce Bluetooth, budou výsledky měření automaticky odesílány do spárovaného zařízení.

Vypnutí funkce Bluetooth

Chcete-li deaktivovat bezdrátovou komunikaci (zapnout režim letadlo), vypněte funkci Bluetooth. Vypnutím funkce Bluetooth se neruší spárování glukometru.

1

Při vypnutí glukometru jej stisknutím ▼ zapněte. Zobrazí se nejnovější výsledek měření.

2

Stiskněte a přidržte ▼, dokud nezmizí symbol Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

Pokud jste vypnuli funkci Bluetooth, znovu ji aktivujte podle následujících kroků. Dojde tak k aktivaci bezdrátové komunikace s mobilním zařízením.

1

Při vypnutí glukometru jej stisknutím ▼ zapněte. Zobrazí se nejnovější výsledek měření.

2

Stiskněte a přidržte ▼, dokud se nezobrazí symbol Bluetooth.

6 Připojení k počítači

Připojení glukometru k počítači kabelem USB

Software pro kontrolu léčby diabetu na počítači lze otevřít pomocí níže uvedených kroků. Tento software slouží k zobrazování uložených výsledků, nastavování času a data glukometru a úpravě cílového rozmezí.

POZNÁMKA


Kabel USB není určen k nabíjení baterií glukometru. Po dokončení postupu odpojte kabel USB.

1



Zapojte malou koncovku kabelu USB do portu USB na glukometru.

2



Zapojte velkou koncovku kabelu USB do portu USB na počítači.

Pokud je glukometr vypnutý, zapne se.

3

Spustíte software pro kontrolu léčby diabetu a zahajíte přenos dat.

4



Glukometr přenese data do softwaru.

7 Údržba glukometru a řešení potíží

Údržba glukometru

Při každém zapnutí provede glukometr automaticky test vlastního systému a informuje vás o případných problémech. Viz část Chybové zprávy v této kapitole.


Pokud glukometr upustíte nebo máte dojem, že výsledky nejsou přesné, kontaktujte zákaznickou linku a servis.

VAROVÁNÍ

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Viz varování v úvodu této brožurky uživatele, kde naleznete další informace.


Výměna baterií

1




Otevřete kryt prostoru pro baterie zabezpečený proti přístupu dětí vložením úzkého předmětu, například pera, do otvoru (viz obrázek výše). Stiskněte pojistku ve směru šipky a zvedněte kryt prostoru pro baterii nahoru.

2



Vyměňte staré baterie. Stiskněte a alespoň na 2 sekundy přidržte ▲.

3



Zasuňte nové baterie pod jazyček **kladným (+) pólem nahoru**. Uložte kryt


bateriového prostoru na místo a zavřete ho zaklapnutím. Použité baterie ihned zlikvidujte.

POZNÁMKA

- Vždy mějte náhradní baterie.
- Životnost baterie může záviset od faktorů jako například teplota a výrobce baterie.
- Glukometr využívá dvě 3V lithiové baterie typu CR2032. Tento typ baterie se běžně prodává v obchodech.
- Vždy vyměňujte obě baterie současně a za baterie stejné značky.
- Při výměně baterií nedochází ke ztrátě dat glukometru.

7 Údržba glukometru a řešení potíží

Kontrola displeje glukometru



Čištění a dezinfekce glukometru

Zabraňte usazování prachu na glukometru. Pokud jej budete potřebovat vyčistit nebo dezinfikovat, dodržujte následující doporučení k zajištění nejlepší možné funkce.

- Nestříkejte nic přímo na glukometr.
- Neponořujte glukometr do kapaliny.
- Dezinfekční utěrky nenechávejte na displeji glukometru déle než 10 minut.

VAROVÁNÍ

- Pokud glukometr obsluhuje druhá osoba, která poskytuje pomoc s měřením uživateli, je před použitím další osobou nutné glukometr dezinfikovat.
- Glukometr nečistěte ani nedezinfikujte při měření glykémie ani funkční kontrole.
- Zabraňte průniku jakékoli kapaliny do otvorů glukometru.

Kdy čistit nebo dezinfikovat glukometr:

- Čištěním glukometru odstraňte viditelné nečistoty nebo jiný materiál.
- Mezi použitím u různých pacientů glukometr dezinfikujte.

Co čistit nebo dezinfikovat:

- Oblasti okolo otvorů
- Displej glukometru
- Celý povrch glukometru

7 Údržba glukometru a řešení potíží

1

Zkontrolujte, zda je glukometr vypnutý.

Povrch glukometru jemně otřete kusem měkké látky mírně navlhčené jedním z těchto roztoků (přebytečný roztok vyždímejte):

Pro čištění glukometru

šetrný saponát na mytí nádobí smíšený s vodou

Pro dezinfekci glukometru

70 % izopropylalkohol

Poznámka: Při provádění dezinfekce dbejte, aby povrch glukometru zůstal navlhčený izopropylalkoholem po dobu 2 minut. Je možné, že bude třeba povrch dodatečně otřít hadříky navlhčenými izopropylalkoholem.

2

Pečlivě glukometr vysušte měkkým hadříkem.

Chybové zprávy

VAROVÁNÍ

- Nikdy neměňte svoji léčbu na základě chybových zpráv.
- Máte-li jakékoli obavy, nebo pokud se objeví jakékoli jiné chybové hlášení, kontaktujte zákaznickou linku a servis.

POZNÁMKA

U všech chybových zpráv s kódem (E-1 až E 14) se bude na displeji střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err**.



Glukometr nelze zapnout nebo je displej prázdný.

- Baterie jsou vybité.

Vložte nové baterie.

- Displej je poškozen. / Glukometr je vadný.

Kontaktujte zákaznickou linku a servis.

- Extrémní teploty.

Přemístěte glukometr na místo s mírnějšími teplotními podmínkami.



Glukometr je připojen k počítači, ale nelze provést měření glykémie nebo funkční kontrolu.

BUĎ odpojte kabel USB a proveďte měření glykémie nebo funkční kontrolu, **NEBO** vyjměte testovací proužek a zahajte přenos dat.

7 Údržba glukometru a řešení potíží



Glukometru se nepodařilo spárovat s mobilním zařízením.

Zkuste párování zopakovat.



Baterie jsou téměř vybité.

Ihned je vyměňte. Pokud se symbol objeví po vložení baterií znovu, opět vyjměte baterie, stiskněte a alespoň na 2 sekundy přidržte kterékoli tlačítko glukometru a poté baterie vložte zpět.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text Err.)

Může být poškozen testovací proužek, již byl dříve použit nebo je nesprávně vložen.

Vyjměte testovací proužek a znovu jej zasuňte. Pokud je poškozen nebo již byl dříve použit, vyměňte jej.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text Err.)

Došlo k chybě glukometru nebo testovacího proužku.

Tato chybová zpráva se může zobrazit, když nebylo víčko tuby s testovacími proužky pevně uzavřeno. Testovací proužky byly možná poškozeny nesprávným uchováváním nebo zacházením.

Nikdy neměňte svoji léčbu na základě chybových zpráv.

Zopakujte měření glykémie. Pokud se zobrazí druhá chybová zpráva E-3, proveďte funkční kontrolu s kontrolním roztokem a novým testovacím proužkem. Podívejte se do části Provedení funkční kontroly v kapitole Funkční kontroly. Pokud se chybová zpráva E-3 zobrazuje opakovaně, použijte k měření glykémie alternativní způsob, například záložní glukometr a testovací proužek. Jestliže alternativní způsob měření ukáže mimořádně vysoký výsledek glykémie, nebo pokud alternativní způsob měření není k dispozici, **kontaktujte ihned svého profesionálního zdravotníka.**

7 Údržba glukometru a řešení potíží

V ojedinělých případech může chybová zpráva E-3 signalizovat, že máte extrémně vysokou glykémii, která se pohybuje nad rozsahem měření systému. **Podívejte se do části Neobvyklé výsledky glykémie v kapitole Měření glykémie pro další možné příčiny chybových zpráv.**



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Na testovacím proužku není dostatek krve či kontrolního roztoku, případně byly aplikovány po zahájení měření.

Zlikvidujte testovací proužek a zopakujte měření glykémie nebo funkční kontrolu.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Krev či kontrolní roztok byly na testovací proužek aplikovány před rozsvícením symbolu blikající kapky na displeji.

Zlikvidujte testovací proužek a zopakujte měření glykémie nebo funkční kontrolu.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Došlo k chybě elektroniky.

Vyjměte baterie, stiskněte a alespoň na 2 sekundy přidrže kterékoli tlačítko glukometru, a poté baterie vložte zpět. Proveďte měření glykémie nebo funkční kontrolu.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Teplota je nad nebo pod rozsahem správných provozních teplot systému.

Informace o provozních podmínkách systému najdete v příbalovém letáku testovacích proužků. Přesuňte se do místa s odpovídajícími podmínkami a měření glykémie nebo funkční kontrolu zopakujte. Glukometr uměle neohřívejte resp. nechladte.

7 Údržba glukometru a řešení potíží



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Baterie mohou být vybité.

Glukometr opět zapněte. **Pokud se nacházíte ve studeném prostředí, přesuňte se na místo s vyšší teplotou a měření zopakujte.** Pokud se zpráva i po několika pokusech nadále zobrazuje, vyměňte baterie. Pokud se zpráva objeví po vložení baterií znovu, opět vyjměte baterie, stiskněte a alespoň na 2 sekundy přidržíte kterékoli tlačítko glukometru a poté baterie vložte zpět.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Čas a datum mohou být nastaveny nepřesně.

Blikající symbol bezdrátového připojení se zobrazuje během doby, kdy se glukometr pokouší synchronizovat čas a datum se spárovaným zařízením. Když se symbol bezdrátového připojení již nezobrazuje, stisknutím tlačítka nahoru glukometr vypněte. Stiskněte tlačítko nahoru podruhé, dokud se nezobrazí blikající symbol testovacího proužku. Pokud se synchronizace času a data nezdaří, glukometr vás vyzve k jejich nastavení při dalším zapnutí. Viz část Nastavení čas a datumu v kapitole Informace o systému.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Testovací proužek může být poškozen.

Opakujte měření glykémie nebo funkční kontrolu s novým testovacím proužkem.

7 Údržba glukometru a řešení potíží



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Je možné, že vzorek krve obsahuje vysokou hladinu askorbátu.

Kontaktujte profesionálního zdravotníka.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

V otvoru pro testovací proužky se může nacházet kapalina nebo cizí předmět.

Vyjměte a znovu vložte testovací proužek, nebo zopakujte měření glykémie či funkční kontrolu s novým testovacím proužkem. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznickou linku a servis.



(Na displeji se bude střídavě zobrazovat kód chyby a text **Err.**)

Došlo k chybě elektroniky.

Kontaktujte zákaznickou linku a servis.



Hladina vaší glykémie může být vyšší než rozsah měření systému.

Podívejte se do části Neobvyklé výsledky glykémie v kapitole Měření glykémie.



Hladina vaší glykémie může být nižší než rozsah měření systému.

Podívejte se do části Neobvyklé výsledky glykémie v kapitole Měření glykémie.

8 Technické informace

Omezení výrobku

Aktuální informace o technických parametrech a omezeních výrobku najdete v příbalovém letáku testovacích proužků a kontrolních roztoků.

Parametry	
Objem krevního vzorku Typ vzorku Doba měření Rozsah měření Podmínky pro uchování testovacích proužků Provozní podmínky systému	Viz příbalový leták testovacích proužků.
Podmínky pro uchování glukometru	Teplota: -25–70 °C
Kapacita paměti	Nejméně 720 výsledků měření glykémie a alespoň 30 výsledků funkčních kontrol s časem a datumem a 7, 14, 30 a 90denní průměry.
Automatické vypnutí	90 sekund; nebo 15 sekund po vyjmutí testovacího proužku.
Zdroj napájení	Dvě 3V lithiové baterie (knoflíkový typ CR2032)
Displej	LCD
Rozměry	77,1 × 48,6 × 15,3 mm (D × Š × V)
Hmotnost	Přibližně 43 g (s bateriemi)
Typ použití	Kapesní
Třída ochrany	III
Typ glukometru	Glukometr Accu-Chek Instant je vhodný k nepřetržitému provozu.
Podmínky pro uchování kontrolního roztoku	Viz příbalový leták kontrolního roztoku.
 Rozhraní	USB: konektor mikro-B; nízkoeenergetická technologie Bluetooth; certifikace Continua Certified® podle certifikovaného manažera Continua Certified.
Rádiofrekvenční připojení	Nízkoeenergetická technologie Bluetooth pracující ve frekvenčním rozsahu 2 402 MHz až 2 480 MHz s maximálním přenášeným výkonem 0 dBm (1 mW).

Elektromagnetická kompatibilita

– Tento glukometr splňuje požadavky na emise elektromagnetického záření podle normy EN 61326-2-6. Elektromagnetické emise jsou příslušně nízké. Rušení jiných elektrických spotřebičů se nepředpokládá.

Analýza funkčnosti – Viz příbalový leták k testovacím proužkům.

Princip měření – Viz příbalový leták k testovacím proužkům.

Prohlášení o shodě – Firma Roche tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení glukometr Accu-Chek Instant je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na tomto webu:
<http://declarations.accu-chek.com>

Komunikační protokol – Glukometr Accu-Chek Instant je opatřen certifikací Continua Certified. Continua Certified znamená, že tento výrobek splňuje požadavky platných norem IEEE 11073-10417, a že byl testován a certifikován v souladu s konstrukčními předpisy 2017 Continua Design Guidelines, mezi které patří specifikace Blood Glucose pro Bluetooth, *Bluetooth SIG, Glucose Profile, Version 1.0* a *Bluetooth SIG, Glucose Service, Version 1.0*.

Informace o bezpečnosti výrobku

VAROVÁNÍ

- Funkci glukometru může rušit silné elektromagnetické pole. Nepoužívejte glukometr v blízkosti zdroje silného elektromagnetického záření.

- Nepoužívejte glukometr ve velmi suchém prostředí, zvláště pokud je v něm hodně syntetických materiálů, aby nedošlo k výboji elektrostatické elektřiny.

Likvidace glukometru

VAROVÁNÍ

- Při měření hladiny glykémie se glukometr může dostat do styku s krví. Použité glukometry proto představují riziko infekce. Před likvidací glukometru z něj vyjměte baterii nebo baterie. Použité glukometry zlikvidujte podle předpisů platných ve vaší zemi. Informace o správné likvidaci vám poskytnou místní úřady.
- Glukometr nespadá do rámce evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- Použité baterie zlikvidujte podle místních předpisů na ochranu životního prostředí.

Vysvětlení symbolů

S následujícími symboly se můžete setkat na obalu a typovém štítku glukometru i v pokynech ke glukometru Accu-Chek Instant.

	Čtěte návod k použití
	Biologická rizika – použité glukometry představují riziko infekce.
	Pozor, seznámte se s poznámkami o bezpečnosti v návodu k použití přiloženém k výrobku.
	Omezení teploty (skladujte při teplotě)
	Použitelné do
	Výrobce
REF	Katalogové číslo
LOT	Číslo šarže
IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
GTIN	Globální číslo obchodní položky
SN	Sériové číslo
	Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské směrnice 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
	3V knoflíkové baterie typu CR2032
	Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodatečný materiál

Testovací proužky: Testovací proužky Accu-Chek Instant

Kontrolní roztoky: Kontrolní roztoky Accu-Chek Instant

Informace pro profesionální zdravotníky

VAROVÁNÍ

Profesionální zdravotníci: Dodržujte standardní protiinfekční opatření vhodná pro vaše zdravotnické zařízení. Doplnkové informace pro profesionální zdravotníky najdete v příbalovém letáku testovacích proužků.

Zacházení se vzorky

Při manipulaci s materiálem kontaminovaným krví vždy používejte rukavice. Vždy dodržujte pokyny k manipulaci s předměty potenciálně kontaminovanými lidským materiálem. Dodržujte hygienické a bezpečnostní zásady své laboratoře či zdravotnického zařízení. Připravte zvolené místo k odběru krve podle pravidel zdravotnického zařízení.

Dodatečné informace o přípustných typech vzorků, antikoagulantů a pokyny k manipulaci naleznete v příbalovém letáku testovacích proužků.

Doporučení odběru z alternativních míst pacientům

Při rozhodování o tom, zda doporučit odběr z alternativních míst (AST), vezměte v potaz motivaci a zkušenosti pacienta,

jeho schopnost dodržovat dané pokyny a omezení ve vztahu k diabetu a AST. Pokud zvažujete doporučení AST vašim pacientům, nezapomeňte na možné významné rozdíly mezi výsledky měření při odběru ze špičky prstu či dlaně a výsledky měření z alternativních míst, jimiž jsou předloktí nebo nadloktí. Rozdíly v koncentraci kapilárního řečiště a prokrvení různých částí těla mohou vést k odlišným výsledkům glykémie naměřených na různých místech. Tyto fyziologické faktory jsou značně individuální a jejich vliv může kolísat i u jednotlivého pacienta podle jeho chování a fyzického stavu.

Námi provedené studie odběru z alternativních míst u dospělých s diabetem ukázaly, že u většiny osob se hladina glykémie mění rychleji v krvi odebrané z prstu anebo dlaně než v krvi z předloktí nebo nadloktí. Toto je zvláště důležité v situacích, kdy dochází k rychlým zvýšením anebo snížením hladin glykémie. Pokud je váš pacient zvyklý řídit svou léčbu podle výsledků z odběru ze špičky prstu či dlaně, měl by při odběru z předloktí nebo nadloktí počítat se zpožděním nebo časovou prodlevou, která se může projevit v naměřených výsledcích.

9 Záruka

Záruka

Platí zákonná ustanovení o právech při nákupu spotřebního zboží platná v zemi nákupu.

Index

B

- baterie, výměna 24
- bezdrátová komunikace
 - automatická synchronizace času a data 19, 21
 - párování 21
 - probíhá přenos dat 22
 - režim letadlo 22
 - vypnutí 22
 - zapnutí 22

C

- chybové zprávy 26
- cílové rozmezí 11
- čištění a dezinfekce glukometru 25

D

- doba použitelnosti 9, 15

F

- funkční kontrola, provedení 15

H

- hyperglykémie 14
- hypoglykémie 14

I

- indikátor cílového rozmezí 4, 11
- informace o bezpečnosti výrobku 32

K

- kontrolní roztok 15

M

- měření glykémie, provedení 9

N

- nastavení času a data 8
- nízká glykémie 14

O

- odběr z alternativních míst 12, 34
- omezení výrobku 31

P

- paměť glukometru 19
- parametry výrobku 31
- přenos dat
 - bezdrátový 21
 - USB 23
- profesionální zdravotníci 34
- průměry 7, 20

S

- spotřební materiál 5, 34
- symboly
 - displej glukometru 7
 - IVD 33

T

- technické informace 31
- testovací proužky 9
- tlačítko, funkce 4, 6
- typ baterie 24, 31

U

- údržba glukometru 24

V

- výsledky funkční kontroly, mimo rozsah 17
- výsledky měření glykémie, neobvyklé 13
- vysoká glykémie 14

Z

- záruka 35

Česká republika

Informace o glukometrech na bezplatné lince 800 111 800

www.accu-chek.cz



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK a ACCU-CHEK INSTANT jsou ochranné známky Roche.



CONTINUA, loga CONTINUA a CONTINUA CERTIFIED jsou ochranné známky, servisní známky nebo certifikační známky organizace Continua Health Alliance. CONTINUA je registrovanou ochrannou známkou v některých, avšak nikoli ve všech zemích, kde je tento produkt distribuován.

Slovní označení a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto známek společností Roche je založeno na licenci.

Všechny ostatní názvy výrobků a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

© 2020 Roche Diabetes Care

09292012001(01)-0820